关于 2023 年广东省汕尾生态环境监测站辅助设备采购项目市场调查询价邀请函

各有关单位：

本站将进行 2023 年广东省汕尾生态环境监测站辅助设备采购项目采购，现邀请各有关单位参加市场调查询价。有关事项具体如下：

一、基本概况

（一）项目采购内容

实验室相关辅助设备，详见附表。

（二）项目采购要求

- 1、项目报价费用需包括运保费、税费等。
- 2、设备或装置需为正规厂家，符合相关标准要求，满足实验室使用要求。

二、投标人资格和要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

（二）投标人必须是中华人民共和国的独立法人或其他组织，具有独立承担法律责任的能力。

(三) 本项目不接受联合体参加。

三、报价要求

2023年8月13日前，请将报价单（加盖公章及 word 文档版）、仪器参数、营业执照及相关文件发送至邮箱 gdswwshj@163.com。

联系人：曾工，联系电话：0660-3318158，地址：广东省汕尾市城区海滨大道中生态环境监测监控大楼6楼。

广东省汕尾生态环境监测站

2023年8月7日

附件：

市场调查询价表

项目名称		2023 年广东省汕尾生态环境监测站辅助设备采购项目
项目内容		实验室相关辅助设备，详见附表
询价单位	名称	广东省汕尾生态环境监测站
	地址	广东省汕尾市城区海滨大道中生态环境监测监控大楼 6 楼
	联系人，电话	曾工，0660-3318158
报价单位	名称	
	地址	
	联系人，电话	
说明事项		

报价单位盖章：

日期：

附表：2023 年辅助设备清单

序号	名称	规格	单位	备注	单价	仪器参数
1	多联抽滤装置	6 位	套	符合悬浮物等测定标准要求		
2	水浴锅	8 位	个	满足高锰酸盐指数测定要求		
3	电炉	1000W	台			
4	油浴锅	5L, 1000W	台	满足土壤有机质测定要求		
5	BOD ₅ 曝气装置	4 位	台	符合 BOD 标准测定要求		
6	双层推车	60*91cm, 配备超静音轮, 双扶手, 耐腐蚀。	辆			
7	气瓶推车	40L, 2 轮	辆			
8	除湿机	除湿量≥30L/d, 额定输出功率≥300W, 可外接排水管	台	满足实验室使用要求		
9	冰箱	容量≥180L, 2 门, 冷藏+冷冻, 一级能耗	台			
10	电子温湿度计	温度误差±0.5℃, 湿度误差±3.5%。温度范围-30-70℃, 湿度范围 0-100%	套	满足实验室使用要求		
11	显微镜	载物台测微计: 1 mm/100 DIV, 分划值为 0.01 mm。物镜 4×、10×、20×、40×, 目镜 10×或 15×。	套	满足 HJ 1216-2021 使用要求		
12	微晶消解装置	12 位, 微晶面板加热, 功率≥2000W	套	符合 HJ828-2017 要求		
13	马弗炉	功率≥4000	套			

备注：仪器参数填不下，可以附页。