


广东省汕尾生态环境监测站
2024 年生态环境监测专用耗材项目
用
户
需
求
书

项目名称：广东省汕尾生态环境监测站2024年生态环境监测专用耗材项目

项目单位：广东省汕尾生态环境监测站

日 期：2024年 11 月



一、项目概况

项目名称：广东省汕尾生态环境监测站 2024 年生态环境监测专用耗材项目

项目预算：人民币 92000 元

采购方式：询价采购

二、供应商资格要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3、本项目不接受联合体投标。
- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

三、采购项目要求

1、报价、供货要求

1.1 项目预算：人民币92000元（玖万贰仟元整）。

1.2 交货期：签订合同后，20个工作日内完成配送。

1.3 交货地点：汕尾市城区海滨大道中2622号（广东省汕尾生态环境监测站）

1.4 报价要求：

（1）本项目采用一次报价方式，报价应充分考虑提供货物品种、品质、等级、使用要求，报价应包括了税费、运输费、包装费等。

（2）报价单要求报耗材的总价及各项明细单价（报价单参考附件，明细详见附件2），并附营业执照复印件等相关文件。

2、供货及质量要求

（1）供货要求

1）签订合同后20个工作日内完成送货。

2）供应商负责提供货物运至采购人指定地址所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。供应商应承担因包装或其防护措施不妥而引起耗材损坏、变质和丢失的全部责任或费用。

(2) 质量要求

耗材应满足相关质量要求，应为全新耗材，包装完整，无损坏无破损。

3、付款方式

(1) 乙方按要求供货并通过验收，甲方支付全部金额给乙方。乙方凭以下有效文件与甲方结算：

- 1) 合同；
- 2) 乙方开具的正式发票；
- 3) 验收表；

(2) 按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致；

(3) 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4、其他要求

(1) 供应商应按要求提供相应的货物，不能以其他相关的货物替代。

(2) 本项目所有安全及保障措施由成交供应商自行承担，在项目进行过程中所发生的一切安全事故责任由成交供应商自行承担。

附件 1 报价单

项目名称		广东省汕尾生态环境监测站 2024 年生态环境监测专用耗材项目
项目内容		生态环境监测现场及实验室使用的耗材
询价单位	名称	广东省汕尾生态环境监测站
	地址	汕尾市城区海滨大道中 2622 号
	联系人，电话	王工、陈工，0660-3318158
报价单位	名称	
	地址	
	联系人，电话	
报价总金额		
说明事项		报价单需加盖公章，报价明细表需附品牌、重要参数、单价等，附营业执照、法人身份证复印件、廉洁自律承诺书，报价文件原件送至以上询价单位地址。

附件 2 耗材明细

序号	名称	规格及要求	单位	数量
1	表层水温计	范围-5 至 40℃，精度 0.2℃，304 不锈钢外套，配套校准证书	套	2
2	石油类采样器	500ml，不锈钢材质，防碰撞，配套采样绳	套	2
3	浮游生物沉降器	1000ml，聚四氟乙烯活塞，双阀门，配套不锈钢架子	套	5
4	定量加液器	0.2-2ml，分刻度 0.01ml，允许偏差不超过 $\pm 2\mu\text{l}$ ，适配各种瓶口，数字可调型，配套校准证书	套	2
5	定量加液器	0.5-5ml，分刻度 0.02ml，允许偏差不超过 $\pm 5\mu\text{l}$ ，适配各种瓶口，配套校准证书	套	2
6	定量加液器	1-10ml，分刻度 0.05ml，允许偏差不超过 $\pm 10\mu\text{l}$ ，适配各种瓶口，配套校准证书	套	2
7	试剂瓶刷	500ml	支	30
8	容量瓶刷	100ml	支	20
9	容量瓶刷	250ml	支	20
10	量筒刷	250ml	支	10
11	量筒刷	500ml	支	10
12	废液桶	60L，加厚，耐酸碱	个	25
13	废液桶	25L，28*29.5*46cm，加厚，耐酸碱	个	50
14	不锈钢伸缩杆采水器	不锈钢，2L PE 桶，1.1-3 米，末端可承重 $>10\text{kg}$	支	4
15	pH 电极	配套哈希 HQ40d，1 米，PHC10101	套	3
16	电导率电极	配套哈希 HQ40d，1-3 米，CDC40101	套	1
17	地表水采样器	5L，有机玻璃材质，加厚	套	4
18	虹吸装置	配套地表水采样，带过滤头	套	10
19	过滤筛网	配套地表水采样，63um	套	10
20	水系微孔滤膜	玻璃纤维材质，50 张/盒，直径 47mm，0.45um	盒	20
21	水系微孔滤膜	50 张/盒，直径 100mm，0.45um	盒	20
22	石英比色皿	30mm，石英材质	个	6
23	热敏纸	75*50mm，120 张/卷	卷	100
24	C 级防化服	综合性防护，防护服表面采用 Tychem C 面料，配套防毒面罩、护目镜、防护手套、防化靴，M、L、XL 码各 3 套	套	6
25	PP 容量瓶	50ml、PP 优质材质，允许偏差不超过 $\pm 0.3\text{ml}$	个	20
26	PP 容量瓶	100ml、PP 优质材质，允许偏差不超过 $\pm 0.6\text{ml}$	个	20

27	PP 容量瓶	250ml、PP 优质材质，允许偏差不超过±1.0ml	个	20
28	PP 容量瓶	500ml、PP 优质材质，允许偏差不超过±1.1ml	个	10
29	PP 量筒	25ml、PP 优质材质，允许偏差不超过±0.25ml	个	10
30	PP 量筒	50ml、PP 优质材质，允许偏差不超过±0.5ml	个	20
31	PP 量筒	100ml、PP 优质材质，允许偏差不超过±1.0ml	个	20
32	PP 量筒	250ml、PP 优质材质，允许偏差不超过±2.5ml	个	10
33	PP 量筒	500ml、PP 优质材质，允许偏差不超过±5.0ml	个	10
34	量杯	5L，PP 优质材质	个	10
35	量杯	3L，PP 优质材质	个	10
36	玻璃棒	高硼硅玻璃材质，4*200mm	支	20
37	进样瓶	2ml，透明塑料，适配盛翰离子色谱仪，100 个/盒	盒	20
38	淋洗液过滤头	PTFE 材质，直插式，液体过滤，适配盛翰离子色谱分析仪	个	5
39	温湿度记录仪	外置温湿度探头，探头线≥3 米，温度湿度不超过±0.3℃，湿度精度不超过±2%RH，USB 供电，可通过 WIFI 进行监控，设置上下限报警	套	2
40	温度监测记录仪	外置温度探头，探头线≥1 米，温度不超过±0.5℃，内置锂电池，可 USB 供电，可通过 WIFI 进行监控，设置上下限报警，可用于监控样品柜的温度	套	2
41	溶解氧瓶	1L，棕色玻璃，可水封，带刻度	个	24
42	硫化物采样瓶	200ml，棕色玻璃，小口实心塞，带刻度	个	50
43	粪大肠菌群标准阳性 比色盘	97 孔	个	1
44	带磨口三角烧瓶	100ml，磨口带塞	个	20
45	一次性无菌定量瓶	100ml，塑料材质	个	200
46	酒精灯	200ml，304 不锈钢材质	套	2
47	泵管	配套北裕气相分子吸收光谱仪，货号：52.007.0001	条	12
48	混合纤维滤膜	直径 50mm，孔径 0.45um，50 张/盒	盒	20
49	针式过滤器	13mm，0.45um，水系，100 个/盒	盒	5
50	电子温度计	外接温控探头，精度不超过±0.5℃	个	10

附件 3

广东省汕尾生态环境监测站业务关联公司

廉洁自律承诺书

本公司（公司名称： ）于年月日至年月日承接广东省汕尾生态环境监测站（以下简称汕尾站）项目工作，在项目投标/磋商、合同、承建、运营、运维、监理、验收期间，本公司承诺：

一、严格遵守国家法律法规及行业规范，依法经营，廉洁从业。

二、不为谋取不正当利益，给予汕尾站相关人员红包、礼品礼金、有价证券、回扣、购物券、会员卡等财物，不报销应由其本人及亲属支付的个人费用。

三、不邀请汕尾站相关人员及其亲属参加旅游、娱乐、健身、宴请等活动。

四、不通过不当手段获取采购文件的潜在供应商的名称、数量或者对响应文件的评审比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的可能影响公平竞争的其他情况。

五、不通过数据造假、泄露相关信息等方式为公司或者个人谋取利益。

若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律后果，并无条件承诺三年内不承接汕尾站的项目。

承诺人（公司法定代表人或代表）：

身份证号码：

年 月 日

（应加盖公章）